



Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД

№ 1651

17.04.2014 г.

ПЛОВДИВ

MULTI-PROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT
• PLOVDIV • AD



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
• ПЛОВДИВ • АД

ДО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 ал.1 от ЗОП,в отговор на постъпило искане за разяснение от участник закупил документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:- **Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив**, открита с Решение № 69 /02.04.2014 година на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД,правим разяснение на следното питане:

I.Въпрос по обособени позиции номера:

- 1.- Рентгенова престилка-оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 2.- Рентгенова престилка-двустранна,оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 3.- Елек с пола -комплект за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 4.- Рентгенова яка, оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 5.- Ръкавици за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 6.- Очила със защита отстрани 180°,панорамна защита, оловен еквивалент 0.75 Рb

Изискваната CE-0123 –маркировка се отнася за медицински изделия.Дали комисията би допуснала до участие продукти регистрирани по CE- марка (CE-0120),по която се регистрират лъчезащитните престилки и лъчезащит

лъчезащитни продукти и покрива изцяло критериите на дерективите на ЕС 89/686/ЕЕС, съответно и 93/42/ЕИО за медицински изделия.

-При така поставената хипотеза, разясняваме:- Комисията в съответствие с изискванията на чл.33 от ЗОП/Законът за обществените поръчки/,ще приеме като подходящо средство за доказване на постигната еквивалентност на сходна СЕ маркировка с изискваната, съгласно спецификацията на поръчката СЕ-0123, с представянето на изрична ЕО Декларация за съответствие с критериите за медицински изделия, съгласно Анекс II.3 към Деректива на Съвета 93/42 ЕИО от 14 юни 1993 г., за продуктите от обособени позиции номера:

- 1.- Рентгенова престилка-оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 2.- Рентгенова престилка-двустранна, оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 3.- Елек с пола-комплект за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5мм Рb
- 4.- Рентгенова яка, оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 5.- Ръкавици за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 мм Рb
- 6.- Очила със защита от страни 180°, панорамна защита, оловен еквивалент 0.75 Рb

НАСТОЯЩОТО РАЗЯСНЕНИЕ СЕ ИЗПРАЩА НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СЕ ПУБЛИКУВА НА АДРЕСА НА КУПУВАЧА – www.mbal.net ,В РАЗДЕЛА НА ОТКРИТАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Доц.д-р Г.Йорданов/

